



# ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Ђирила и Методија 1, 18400 Прокупље, [www.vpps.edu.rs](http://www.vpps.edu.rs)

БРОЈ: 1251

ДАТУМ: 25.05.2018.год.

ПРОКУПЉЕ

Postovani,

Molimo Vas da nam u cilju izrade što kvalitetnije ponude, a u skladu sa zahtevima Vaše tenderske dokumentacije za nabavku : P1./2018 ,NABAVKA OPREME OD STRANE VIŠE NARUČIOCA U OKVIRU PROJEKTA ERAZMUS + "Lands broj 585833-EPP-1-2017-1-RSEPPKA2-CBHE-JP"., odgovorite na sledeća pitanja:

Partija 7. Stavka 1. :

Da li je uz Plameni fotometar neophodno ponuditi vazdušni kompresor I regulator pritiska?

Odgovor:

Da neohodno je ponuditi vazdušni kompresor I regulator pritiska

Partija 7. Stavka 2. :

Koju unutrašnju zapreminu sušnice je neophodno ponuditi?

Odgovor:

Neophodno je ponuditi sušnicu minimalne unutrašnje zapremine 107 L.

Partija 7. Stavka 5.1. :

Koji tačno promer mrežice na situ je potrebno ponuditi?

Odgovor:

Potrebno je ponuditi tri sita čiji su promeri mrežice : 0,200mm, 0,250 mm I 2 mm

S poštovanjem,

Komisija za nabavku opreme od strane više naručioca u okviru projekta Erasmus+, redni broj P1/2018

